

Bydgoszcz, dn. 2018-11-22

Nr sprawy: 24/2018/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

W związku z wystosowanymi zapytaniami, udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986),

ZAPYTANIA DO SIWZ

Dot. pakiet nr 6 p. 4

Prosimy o dopuszczenie zaferowania głowicy o kącie widzenia 90 stopni.

Uzasadnienie:

Posiadany przez Państwa aparat HD11XE nie ma technicznej możliwości obsługi głowic o 122 stopniowym kącie widzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie głowicy o kącie widzenia 90 stopni.

Dot. pakiet nr 5 i pakiet nr 6

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wskazania roku produkcji w pakietach nr 5 oraz 6, ze względu na fakt, że wskazane modele aparatów HD11XE oraz iE33 nie są objęte w ofercie sprzedażowej od 2014 roku. Zamawiane głowice stanowią wyposażenie tychże aparatów, stąd nie możemy zagwarantować wskazanego w opisie parametrów roku produkcji. Rok produkcji zamawianych głowic do tych modeli aparatów, jak analogiczne samych aparatów, zależy od stanu magazynowego w fabryce USA.

Rok produkcji możemy potwierdzić, w momencie dostarczenia produktu przez producenta. Zarazem możemy zagwarantować, że głowice do tych aparatów są kompletnie nowe, w nienaruszonym stanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie urządzenia wyspecyfikowanego w pakiecie nr 5 i pakiecie nr 6 bez wskazania minimalnego roku produkcji. Pozostałe parametry urządzeń (z wyłączeniem dopuszczonego parametru głowicy o kącie widzenia 90 stopni w pakiecie nr 4) w tym wymagany minimalny okres gwarancji pozostaje bez zmian.

W przypadku zaferowania urządzeń bez wskazania minimalnego roku produkcji, należy w zał. Nr 2 Pakiet nr 5 i 6 należy wprowadzić następujący zapis:

Pakiet nr 5

Głowica do aparatu USG Philips iE33

(aparat USG Philips iE33 jest własnością Zamawiającego)

Producent :

Kraj pochodzenia :

Oferowany model :

Nr katalogowy :

Urządzenie fabrycznie nowe

Pakiet nr 6

**Głowica do aparatu USG Philips HD11XE
(aparat USG Philips HD11XE jest własnością Zamawiającego)**

Producent :

Kraj pochodzenia :

Oferowany model :

Nr katalogowy :

Urządzenie fabrycznie nowe

z up. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Z-ca Dyrektora ds. Łącznictwa

dr n. med. Danuta Kurylak