

Nr sprawy 13/2022/TP

Bydgoszcz 04.05.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup wysokiej klasy aparatu USG** Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z monitorem wykonanym w technologii LED o przekątnej 23,8". ?

Różnica zaledwie 0,2" nie wpływa na jakość oferowanego aparatu USG i wielkość pola obrazowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy z monitorem wykonanym w technologii LED o przekątnej 23,8".

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z panelem sterowania regulowanym góra/dół 18cm, obrót prawo/lewo +/- 30stopni z pozycji środkowej w obu kierunkach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez możliwości podglądu (zduplikowania) obrazu USG na ekranie dodatkowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Funkcja duplikowania obrazu jest nieodzownym elementem wykorzystywanym przy procedurach inwazyjnych, ponieważ pozwala technikowi wykorzystywać ekran podstawowy, a operatorowi pozwala ciągle pracować na małym obrazie.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z współpracującymi głowicami typu : phased arrey, liniowe, convex, microconvex, endovaginalne, volumetryczne – convex, endovaginalna, dopplerowskie typu ołówkowego?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Współpraca aparatu z ograniczonym rodzajem głowic nie pozwoli na pełne spectrum badań diagnostycznych.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez regulacji wzmocnienia (LGC)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez możliwości funkcji wspomagającej diagnostykę sutka opartej na śledzeniu głowicy, a z funkcją automatycznego oprogramowania do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej z skalą BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi- dostępne 2 metody klasyfikacji B-RADS 2003 oraz B-RADS 2013?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z głowicą mikro convex szerokopasmową o zakresie częstotliwości 4.0-10.0MHz liczbą elementów 128 i kątem skanowania 91°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z możliwością dołączenia zewnętrznej nagrywarki CD/DVD oraz bez automatycznego dodawania przeglądarki plików DICOM przy nagrywaniu na zewnętrzne nośniki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Załącznik nr 2 Parametry techniczne

Konstrukcja i konfiguracja aparatu USG poz. 1

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat USG fabrycznie nowy o roku produkcji 2022?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat USG fabrycznie nowy o roku produkcji 2022.

Pytanie 10

Głowice ultradźwiękowe poz. 3

Czy Zamawiający dopuści głowicę liniową, szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 18.0 MHz (± 1 MHz) -1 szt., liczba elementów min. 80, kąt widzenia min. 50°?

Głowice liniowe posiadają szerokości pola widzenia, a nie jak wymaga Zamawiający kąty pola widzenia.



Odpowiedź: Zamawiający dopuści głowicę liniowa, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 18.0 MHz (± 1 MHz) -1 szt., liczba elementów min. 80, kąt widzenia min. 50°

Pytanie 11

Załącznik nr 2 Parametry techniczne, wymagania dodatkowe pkt. 1, umowa § 5 pkt. 7

Czy Zamawiający dla zapewnienia zdalnej diagnozy systemu (RSN) zapewni możliwość podłączenia przez Philips Polska aparatu USG do sieci zdalnego serwisu Philips poprzez udostępnione Philips Polska i przystosowane do tego celu własne złącze internetowe?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni własne złącze internetowe do zdalnej diagnozy systemu.

Pytanie 12

Zał. nr 4 – Projekt umowy

§ 5

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, o których mowa w § 5 projektu umowy.

Pytanie 13

Załącznik nr 2 Projekt umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiegokolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Wykonawca powinien spełnić świadczenie w sposób nie naruszający praw własności intelektualnej osób trzecich.

Pytanie 14

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

§5 pkt. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie zapisu umowy:

„Wykonawca zobowiązany jest wykonać **w ramach ceny bezpłatny przegląd techniczny przedmiotu dostawy minimum raz w każdym roku trwania gwarancji. Przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu każdego roku trwania gwarancji lub w innym terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.***”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie 15

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

§5 pkt. 22 pkt. 4, 5

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie zapisu umowy:

Wykonawca wskazuje **adres e-mail numer faksu**, na który Zamawiający może dokonywać zgłoszeń ujawnionych wad. Wykonawca wskazuje numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktów z serwisem

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w projekcie umowy załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie 16

5. Adres e-mail numer faksu wskazany w ust. 4 czynny jest u Wykonawcy 24h na dobę. W przypadku braku możliwości zgłoszenia wady w sposób określony w ust. 4, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca Zamawiający zgłasza wadę listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy określony w umowie. Za dzień zgłoszenia wady uważa się dzień nadania listu poleconego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w projekcie umowy.



Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu 2022/BZP 00135526/01 z dnia 2022-04-26

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie – 06.05.2022 r.

godz. 09:30 – składanie ofert

godz. 10:00 – otwarcie ofert.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Edward Hartwich

Załączniki:

1. Zmieniony Projekt umowy - załącznik nr 4. do SWZ

