

Nr sprawy 17/2022/TP

Bydgoszcz 14.07.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę systemów implantów słuchowych** dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Pakiet 2

Czy Zamawiający wymaga możliwości dostarczenia zewnętrznego magnesu procesora dźwięku w przypadku Pacjentów korzystających z magnetycznego systemu na przewodnictwo kostne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego magnesu procesora dźwięku w przypadku Pacjentów korzystających z magnetycznego systemu na przewodnictwo kostne.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu 2022/BZP 00246361/01 z dnia 2022-07-08

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie – 19.07.2022 r.

godz. 09:30 – składanie ofert

godz. 10:00 – otwarcie ofert.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Edward Hartwicha

